

Catálogo
GINECOLOGIA e UROLOGIA

DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

A **Setormed**, localizada na cidade de São Carlos, atua desde 2011 em território nacional, desenvolvendo produtos de alta tecnologia para procedimentos cirúrgicos. Buscamos entregar mais segurança para os profissionais de saúde e tornar acessível a medicina de alta tecnologia para a população.

Missão

COLABORAR de forma ativa e incansável, para o engrandecimento da indústria nacional de **DISPOSITIVOS MÉDICOS** no cenário global.

Visão

ATENDER nossos clientes e toda a sociedade com produtos e serviços de **ALTA QUALIDADE**, gerando valor com sustentabilidade para toda nossa cadeia de relacionamento.

Valor

ALTA PRODUTIVIDADE com qualidade, bem-estar, verdade e gratidão são os pilares dos valores encontrados em nosso dia a dia, aqui, na **SETORMED**.

GINECOLOGIA

UROLOGIA

ÍNDICE

Ponteira Halley.....	04
Equipo para Histeroscopia.....	05
Bomba de Irrigação.....	06
Sistema de Imagem	07



Indicações e Funções
dos produtos, vide
instrução de uso.



Registro Anvisa: 80777280051



058 11 00 00 - Dissector Ponta 45° 162 x 3mm



058 27 00 00 - Dissector Reto 160 x 3mm



058 03 00 00 - Dissector Reto 110 x 3mm



058 20 00 00 - Dissector Ponta 45° 133,5 x 3mm



058 09 00 00 - Dissector Ponta 45° 110 x 3mm



058 25 00 00 - Dissector Reto 62 x 3mm



058 05 00 00 - Dissector Reto 52 x 3mm



058 06 00 00 - Dissector Ponta 45° 52 x 3mm



058 13 00 00 - Dissector Ponta 90° 45 x 3mm



Indicação:

A **Ponteira Halley** é um produto destinado a microdissecção em cirurgias de coluna, plásticas, cabeça e pescoço, bucomaxilo, ortopedia, otorrinolaringologia, etc.

Instrução de Uso



Equipo

para Histeroscopia



Registro Anvisa: 80777280112 (Tipo 01)
80777289014 (Tipo 02)

Indicação:

O **Equipo de Irrigação para Histeroscopia** é indicado para utilização em Bomba de Irrigação para Histeroscopia.

ESPECIFICAÇÕES

203 01 00 00 - Tipo 01 (Compatível Setormed / Stryker)

203 02 00 00 - Tipo 02 (Compatível Razek / Richard Wolf / Wom)

Instrução de Uso



Bomba de Irrigação

STD



Registro Anvisa: 80777289017

Indicação:

A **Bomba de Irrigação STD** é um equipamento projetado para ser utilizado em conjunto com o Equipamento de Irrigação com finalidade de proporcionar irrigação e distensão de articulações e órgãos musculares em procedimentos cirúrgicos e de diagnósticos.

REFERÊNCIA

BMB-001 - Bomba de Irrigação STD

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Range de Pressão: 5 - 200mmHg;
- Range de Fluxo: 0,1 - 2L/min;
- Possui 3 Setups para salvar valores configurados na tela;
- Controle específico para Histeroscopia;
- Opção de Controle de fluxo contínuo;

Instrução de Uso



Sistema de Imagem

Full HD LED STD

www.
setormed
.com.br



Registro Anvisa: 80777289018

REFERÊNCIA

STI-001 - Sistema de Imagem FULL HD STD

STI-002 - Câmera FULL HD STD

STI-003 - Fonte de Luz LED STD

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Saída de vídeo digital: **HDMI - DVI - SDI**;
Resolução de vídeo: **1920x1080p - Full HD**;
Sistema de Gravação em HD com fotos na cabeça da câmera;
Vida útil do LED: 60.000 horas;
Entrada USB para Gravação de Imagem.

REFERÊNCIA

069 01 00 00 - Cabo de fibra óptica de 4,8mmx3,0m - STZ - Setormed

Registro Anvisa: 80777289010

Indicação:

O **Sistema de Imagem FULL HD LED** é um conjunto de câmera integrado com fonte de luz.

Utilizado em procedimentos de diagnóstico ou cirurgia gerais, que requerem a utilização de imagem, podendo ser usados também em endoscopia, artroscopia e outras que necessitem de uma fonte luminosa de alta intensidade e de temperatura de cor elevada (luz branca).

Instrução de Uso





 +55 16 3416.5398

 www.setormed.com.br  [/setormedbrasil](https://www.facebook.com/setormedbrasil)

 [/company/setormed](https://www.linkedin.com/company/setormed)  [@setormed](https://www.instagram.com/setormed)